

Informacja o urządzeniu terapeutycznym dla pacjenta

Urządzenie ADR-4 – aparat do magnetoterapii

Opakowanie

Firmowe opakowanie zawiera jedną sztukę ADR-4 i instrukcję obsługi

Opis

Urządzenie to stanowi dysk ceramiczno-magnetyczny, umieszczony w specjalnej wodoszczelnej obudowie ze sztucznego tworzywa. Bazę dysku stanowi element ceramiczny. Na nim umieszczone zostały elementy magnetyczne o zróżnicowanym natężeniu i o określonych wymiarach i rozmieszczeniu, które dają pożądany przestrzenny rozkład stałego niejednorodnego pola magnetycznego. ADR-4 poprzez działanie gradientowego pola magnetycznego – wpływa na wodę zawartą w organizmie jak i wodę swobodną postawioną w naczyniu na urządzeniu. Urządzenie to usprawnia funkcję organizmu poprzez bliski kontakt z ciałem człowieka – jako aparat do magnetoterapii.

Zastosowanie

Działanie ADR-4 powoduje przywrócenie zaburzonej równowagi energetycznej i fizjologicznej człowieka (homeostazy) między innymi poprzez regulujący wpływ na autonomiczny układ nerwowy. W ten sposób mechanizmy obronne organizmu stają się bardziej efektywne, mogą w większym stopniu zrekompensować szkodliwe wpływy środowiskowe i zaburzenia czynnościowe organizmu. Aby wykorzystać działanie urządzenia ADR-4 na wodę, napoje lub artykuły spożywcze należy umieścić na dysku na co najmniej 3 minuty, po stronie z napisem. Wodę lub napój należy zamieszać. Z ADR-4 można korzystać profilaktycznie, nie zachodzi możliwość przedawkowania. Dopuszczalne jest stawianie gorących płynów. W przypadku zaparzania herbat i ziół zwiększa się ekstrakcja związków czynnych zawartych w herbacie.

W przypadku używania ADR-4 jako aparatu do magnetoterapii należy przyłożyć go do ciała, stroną z napisem ADR-4 w miejscu występowania bólu. Czas stosowania 3-30 min dziennie.

Stosowanie ADR-4 nie zastępuje leczenia konwencjonalnego, lecz je wspomaga. Przed rozpoczęciem systematycznego stosowania ADR-4 zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono

Wskazania

Ocena kliniczna oparta na badaniach własnych urządzenia ADR-4 i badaniach urządzeń podobnych dowodzą skuteczności:

- w zaburzeniach ukrwienia obwodowego (np. marznięcie kończyn, choroba Raynauda),
- w upośledzeniu czynności nerek,
- w przewlekłych bólach (fibromialgia, neuropatia cukrzycowa, bóle kręgosłupa),
- w przewlekłych bólach powiązanych ze stanami zapalnymi (zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów).

Przeciwwskazania

Nie należy umieszczać na ciele ADR-4 w przypadku obecności rozrusznika serca i chorób nowotworowych.

Przechowywanie i konserwacja

W dowolnym miejscu, w temperaturach otoczenia. Można myć ciepłą wodą z dodatkiem typowych płynów do zmywania naczyń. Zaleca się okresowe mycie urządzenia przy stosowaniu go do magnetoterapii, przy zmianie osoby używającej urządzenie należy je odkazić alkoholem. W przypadku obluźnienia elementów wewnętrznych i pęknięć obudowy np. po upadku na podłogę, nie zaleca się dalej użytkować urządzenia.

Gwarancja

Gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy klienta. Okres efektywnego działania urządzenia ADR-4 wynosi co najmniej 5 lat od początku użytkowania.

Wytwórca i świadectwa produktu

ADR System, 80-285 Gdańsk ul. Żeleńskiego 18,

tel./fax 0-58 341 95 41

www.adr.com.pl adr@adr.com.pl

ADR-4 posiada zgłoszenia patentowe P387274, WO2007099106.

Certyfikat CE PL/DR 009937

Świadectwo Badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Niemieckie świadectwo TUV dopuszczające materiał obudowy ADR-4 do kontaktu z żywnością.



Dokument wydano 16 lipca 2012